

นโยบายและหลักเกณฑ์การยอมรับผลการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์

1. ความมุ่งหมาย


เพื่อใช้เป็นนโยบายและข้อกำหนด สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และผู้ตรวจประเมิน พิจารณายอมรับผลการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์ และ สาธารณสุข ที่ขอการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ISO/IEC 17025: 2005

2. การใช้งาน


- 2.1. ใช้เป็นเกณฑ์กำหนดการยอมรับผลการสอบเทียบเครื่องมือที่ห้องปฏิบัติการที่ขอการรับรองจากสำนัก มาตรฐานห้องปฏิบัติการซึ่งใช้บริการสอบเทียบจากหน่วยงานภายนอกหรือดำเนินการสอบเทียบภายใน เอง หรือดำเนินการสอบเทียบภายในโดยหน่วยสอบเทียบซึ่งเป็นหน่วยงานอื่น แต่อยู่ภายใต้ระบบบริหาร เดียวกัน
- 2.2. ใช้สอบเทียบเครื่องมือที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการทดสอบเท่านั้น ตามที่ระบุใน ISO 15189: 2012

3. เอกสารอ้างอิง

- 3.1. ISO/IEC 17025: 2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories Clause 5.6.2.1 to 5.6.2.2, Clause 5.6.3 to 5.6.3.2, 5.10.4
- 3.2. ISO 15189: 2012 Medical Laboratories – Requirements for quality and competence Clause 5.3.1.4
- 3.3. นิยามศัพท์เกี่ยวกับระบบคุณภาพ องค์กรปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ISBN: 974 – 9627 – 24 – 5 พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: ยุทธรินทร์ ; 2546
- 3.4. ILAC Policy on Traceability of Measurement Results. ILAC – P10:01/2013
- 3.5. UKAS TPS 41 Traceability of Measurement. Edition 4, June 2014.
- 3.6. UKAS TPS 52 UKAS Requirements for the Performance of In – house Calibrations. Edition 1, June 2005.
- 3.7. Why is it necessary to have my calibrator thermometer or hydrometer recalibrate ICL Calibration Laboratories, INC www.icllabs.com
- 3.8. ISO Guide 30: 2015 Reference materials – Selected terms and definitions.
- ☞ 3.9. ISO 17034:2016 General requirements for the competence of reference material producers.

ผู้แก้ไข 
(นางสาวปนัดดา วิรุฬห์บุญภัทร)

ผู้รับรอง 
(นายสุรศักดิ์ หมั่นพล/นางสาวสิต ไพลีฐ เอกะจัมปะกะ)

ผู้อนุมัติใช้ 
(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

4. นิยามและคำย่อ

- 4.1. **ความสอบกลับได้ (Traceability)** หมายถึง สมบัติของผลการวัดที่สามารถหาความสัมพันธ์กับมาตรฐานที่เหมาะสมซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ มาตรฐานระหว่างประเทศหรือมาตรฐานแห่งชาติ โดยการเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ และแสดงค่าความไม่แน่นอน
- 4.2. **การสอบเทียบ (Calibration)** หมายถึง ชุดของการดำเนินการซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่บอก โดยเครื่องวัดหรือระบบการวัดกับมาตรฐานหรือค่าสมมุติฐานที่รู้ของมาตรฐาน ภายใต้ภาวะที่บ่งไว้
- 4.3. **การทวนสอบ (Verification)** หมายถึง การยืนยันโดยการวัดให้มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะอย่างสมบูรณ์
- 4.4. **มาตรฐานอ้างอิง (Reference standard)** หมายถึง มาตรฐานซึ่งโดยทั่วไปจะต้องเป็นสิ่งที่มีความคุณภาพด้านมาตรวิทยาสถา และมิให้ใช้ ณ สถานที่หรือหน่วยงานที่กำหนดให้การวัดต่างๆ จะกระทำการสอบเทียบได้จากสถานที่ที่มาตรฐานนั้นติดตั้งอยู่
- 4.5. **วัสดุอ้างอิง (Reference material)** หมายถึง วัสดุหรือสารที่มีคุณสมบัติหนึ่งอย่างหรือหลายอย่างมีความเป็นเนื้อเดียวกัน และเตรียมขึ้นอย่างดีเพื่อใช้สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือ ใช้ในการประเมินวิธีวัดหรือใช้กำหนดค่าของวัสดุต่างๆ
- 4.6. **วัสดุอ้างอิงที่มีใบรับรอง (Certified reference material)** หมายถึง วัสดุอ้างอิงที่มีใบรับรองค่าของคุณสมบัติอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ผ่านการรับรองโดยวิธีการที่สามารถสอบกลับได้ไปยังค่าที่ถูกต้องที่แสดงไว้พร้อมระบุค่าความไม่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่นตามที่กำหนด
- 4.7. **เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือพื้นฐาน (Basic equipment)** หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งไม่มีความยุ่งยากในการใช้งานแต่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของการทดสอบ เช่น เครื่องชั่ง เครื่องแก้ว เครื่องมือที่เกี่ยวข้องด้านอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น (ทั้งนี้ ไม่รวมเครื่องมือด้าน Chromatograph)

5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 5.1. ISO/IEC 17025: 2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, Clause 5.6.2.1 to 5.6.2.2, Clause 5.6.3 to 5.6.3.2.
- 5.2. ISO 15189: 2012 Medical Laboratories – Requirements for quality and competence, Clause 5.3.1.4.

ผู้แก้ไข 

(นางสาวปนัดดา วิรุฬห์บุญภัทร)

ผู้รับรอง 

(นายสุรศักดิ์ หมั่นพล/นางสาวสิต ไพลีฐ เอกะจัมปะกะ)

ผู้อนุมัติใช้ 

(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

6. หลักเกณฑ์และวิธีการ

6.1. การพิจารณายอมรับการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการโดยหน่วยบริการสอบเทียบภายนอก (External Calibration)

- 6.1.1. กรณีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ต้องสอบเทียบมีแหล่งบริการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองความสามารถ การสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต้องดำเนินการโดย :
- หน่วยบริการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากองค์กรรับรองฯ ที่ลงนามยอมรับร่วมในระดับสากล เช่น สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ ด้านการรับรอง กระทรวงอุตสาหกรรม (www.tisi.go.th) เป็นต้น ยกเว้นกรณีในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ขอการรับรองมีศักยภาพที่จะทำการสอบเทียบภายใน (In-house Calibration) เครื่องมือพื้นฐานได้ไม่จำเป็นต้องใช้บริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรอง โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 5.2
 - ดำเนินการโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล (www.bim.org)
 - มาตรฐานอ้างอิง (Reference Standard) ต้องสอบกลับค่าการวัดไปยัง International System of Units (SI units) หรือสามารถอ้างอิงกับค่ามาตรฐานที่เชื่อมโยงได้กับค่า SI units ซึ่งทราบค่าแน่นอนตามที่ระบุโดย General Conference of Weights and Measures (CGPM) และ International Committee of Weights and Measures (CIPM) โดยต้องมีใบรับรองเป็นหลักฐานแสดง
- 6.1.2. กรณีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ต้องสอบเทียบไม่มีแหล่ง การสอบเทียบที่ได้รับการรับรองความสามารถ ให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือต่างๆ สอบเทียบตามวิธีที่กำหนดคุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่องมือต่างๆ ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการสอบเทียบซึ่งที่ไม่ได้รับการรับรองความสามารถต้องมีหลักฐานแสดงความสอบกลับได้ของมาตรฐานอ้างอิง (Reference standard) หรือวัสดุอ้างอิง (Reference material) ที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบดังกล่าวใช้โดยไม่ขาดช่วงของลูกโซ่การสอบกลับได้ของการวัด และห้องปฏิบัติการต้องมีใบรับรองที่แสดงว่าค่ามาตรฐานของมาตรฐานอ้างอิง หรือวัสดุอ้างอิงนั้นสอบกลับได้โดยตรง หรือโดยอ้อมกับค่ามาตรฐานอ้างอิงหรือวัสดุอ้างอิงในระดับของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
- 6.1.3. ใบรายงานผลการสอบเทียบหรือใบรับรองผลการสอบเทียบต้องมีการบ่งชี้ข้อกำหนดทางมาตรวิทยา มีความชัดเจนของผลการสอบเทียบ การประมาณค่าความไม่แน่นอน และข้อความแสดงความสอบกลับได้ของการวัด

ผู้แก้ไข 

(นางสาวปนัดดา วิรุฬห์บุญภัทร)

ผู้รับรอง 

(นายสุรศักดิ์ หมั่นพล/นางสาวสิต ไพสิฐ เอกะจัมปะกะ)

ผู้อนุมัติใช้ 

(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

6.1.4. ถ้าเป็นไปได้ วัสดุอ้างอิง ต้องสามารถสอบกลับไปได้ยังหน่วยวัดสากล (SI units) หรือ สอบกลับไปได้ยังวัสดุอ้างอิงที่มีใบรับรอง กรณีความสอบกลับได้ของการวัดไปยังหน่วยวัดสากล (SI unit) ไม่สามารถดำเนินการได้ ห้องปฏิบัติการต้องมีการดำเนินการเพื่อให้ผลการสอบเทียบน่าเชื่อถือ ดังนี้

- สอบกลับความถูกต้องกับค่ามาตรฐานวิทยาการวัดที่เหมาะสม เช่น วัสดุอ้างอิงที่มีใบรับรองซึ่งแหล่งผลิตระบุคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงด้านกายภาพและเคมีของวัสดุอ้างอิงนั้นๆ
- ใช้วิธีที่มีความเฉพาะเจาะจง และเป็นวิธีมาตรฐานที่ยอมรับในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
- เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ หรือเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ (หากเป็นไปได้)

6.1.5. ความถี่ในการสอบเทียบพิจารณาจาก

- ตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ หรือหากไม่ได้กำหนด ให้สอบเทียบปีละ 1 ครั้ง
- การขยายระยะเวลาการสอบเทียบทำได้โดยต้องแสดงหลักฐานการสอบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งผลการสอบเทียบเครื่องมืออยู่ในเกณฑ์การยอมรับทุกค่าที่สอบเทียบ
- ในกรณีที่เครื่องมืออยู่ในสภาพที่แตกต่าง จากการใช้งานปกติหรือมีข้อบ่งชี้กับการเสื่อมสภาพของเครื่องมือ ในการดำเนินการสอบเทียบให้เร็วขึ้นก่อนกำหนด

6.2. การพิจารณาผลการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการสอบเทียบเอง (In-house Calibration)

6.2.1. ห้องปฏิบัติการที่สอบเทียบเครื่องมือเองต้องมีการดำเนินการตามข้อกำหนดดังนี้ :

- เครื่องมือที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเองต้องเป็นเครื่องมือพื้นฐาน เช่น เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ อุณหภูมิ เครื่องชั่ง เครื่องแก้ว เครื่อง pH meter เป็นต้น
- ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ดำเนินการสอบเทียบเครื่องวัดเองต้องมั่นใจว่า ความสอบกลับได้ของการวัดในการสอบเทียบเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ความสอบกลับได้ของการวัดของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
- ห้องปฏิบัติการต้องมีหลักฐานแสดงการบันทึกอุณหภูมิ และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสอบเทียบในห้องที่ทำการสอบเทียบภายในเครื่องมือดังกล่าว
- ต้องจัดทำเอกสารวิธีการสอบเทียบ โดยต้องใช้วิธีสอบเทียบที่สอดคล้องกับวิธีมาตรฐานในกรณีใช้วิธีการสอบเทียบที่พัฒนาขึ้นเองต้องมีหลักฐานการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
- ต้องจัดทำวิธีการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเครื่องมือภายในแต่ละประเภท
- บุคลากรที่รับผิดชอบทำการสอบเทียบต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถในการ สอบเทียบ เช่น มีใบรับรองแสดงการฝึกอบรมความรู้เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือที่รับผิดชอบ

ผู้แก้ไข

ปวงศา วิษณุภักดิ์

ผู้รับรอง

สุรศักดิ์ หมั่นพล / สัตห


ผู้อนุมัติใช้

ทิพย์ สุวรรณ

(นางสาวปนัดดา วิรุฬห์บุญภัทร)

(นายสุรศักดิ์ หมั่นพล/นางสาวสิต ไพสิฐ เอกะจัมปะกะ)

(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

- เครื่องมือที่สอบเทียบภายใน ต้องติดป้ายหรือสิ่งบ่งชี้อื่นที่แสดงสถานะการสอบเทียบ
- 6.2.2 ห้องปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการสอบเทียบภายใน / บันทึกผลการสอบเทียบภายใน และเก็บเป็นหลักฐาน โดยต้องประมาณค่าความไม่แน่นอนผลการสอบเทียบเครื่องมือที่ดำเนินการสอบเทียบเอง
- 6.2.3 วัสดุอ้างอิง และมาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเทียบต้องมีความสอบกลับได้ และมีค่าความไม่แน่นอนของการวัดเหมาะสมต่อการใช้งาน
- 6.3 วิธีการประมาณค่าความไม่แน่นอนการสอบเทียบ ใช้วิธีตาม  ISO GUM “Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” โดยรายงานเป็นค่า expanded uncertainty ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %

7. การบันทึกข้อมูลและเอกสารที่ใช้

-

8. ประวัติการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเอกสาร	ผู้จัดทำ/ผู้แก้ไข	วันที่ออกเอกสาร
00	เอกสารใหม่	นางชมไลไล สินธุสาร	-
06	หน้า 1/6 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ISO15189:2012, ILAC – P10:01/2013, UKAS TPS 41 Edition 4, ISO Guide 30: 2015	นส.ปนัดดา วิรุพหุบุญภัทร	30 มิ.ย. 60
07	- หน้า 1/6 แก้ไขเอกสารอ้างอิงให้เป็นปัจจุบัน ISO 17034: 2016 - หน้า 5/6 ข้อ 6.3 เพิ่มเติม ISO GUM “Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement”	นส.ปนัดดา วิรุพหุบุญภัทร	

ผู้แก้ไข 

(นางสาวปนัดดา วิรุพหุบุญภัทร)

ผู้รับรอง 

(นายสุรศักดิ์ หมั่นพล/นางสาวสิตไพสิฐ เอกะจัมปะกะ)

ผู้อนุมัติใช้ 

(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

รายนามผู้ถือครองเอกสารควบคุม

(Controlled Copy List)

- | | |
|--|-------------|
| 1. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ | รหัส 07 00 |
| 2. หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 1 | รหัส 07 03 |
| 3. หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 2 | รหัส 07 04 |
| 4. QCC/ QMR | รหัส QCC 07 |
| 5. นางสาวปนัดดา วิรุพหุบุญภัทร | |

ผู้แก้ไข 

(นางสาวปนัดดา วิรุพหุบุญภัทร)

ผู้รับรอง 

(นายสุรศักดิ์ หมั่นพล/นางสาวสิตไพสิฐ เอกะจัมปะกะ)

ผู้อนุมัติใช้ 

(นางสาวกัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)