



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

- นโยบาย
- ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข



จัดทำครั้งที่ 00
กันยายน 2563

- นโยบาย
- ข้อกำหนดและเงื่อนไข



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด
เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล
เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข

จัดทำครั้งที่ 00

กันยายน 2563



ประกาศนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง
และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแลมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยได้หาแนวทางการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล โดยการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่าง ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ คลินิกเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเวชกรรมประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ก่อนเข้าพบแพทย์จะช่วยลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลของประชาชนได้

กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล รวมทั้งทำหน้าที่กำหนดและพัฒนามาตรฐาน และกำกับดูแลหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล ให้มีการดำรงรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศนโยบายการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด เพื่อให้หน่วยบริการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการ และขอการขึ้นทะเบียนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยยึดถือวิธีปฏิบัติตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุชุม กาญจนพิมาย)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ

หน้า

ประกาศนโยบายกระทรวงสาธารณสุข	
นโยบายการดำเนินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่าง นอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด	1
ข้อกำหนด และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่าง นอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด	2
1. ขอบข่ายการขึ้นทะเบียน	2
2. เอกสารอ้างอิง	2
3. นิยามและคำจำกัดความ	2
4. คุณสมบัติของหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล ที่สามารถขอขึ้นทะเบียน	4
5. ข้อกำหนดทั่วไป	4
6. ข้อกำหนดด้านบริหารคุณภาพและวิชาการ	4
7. การขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล	5
8. ข้อปฏิบัติหลังได้รับใบประกาศนียบัตร	7
9. การต่ออายุการขึ้นทะเบียน	8
10. การระงับชั่วคราว การเพิกถอน และการยกเลิกการรับรอง	8
11. การอุทธรณ์	9
12. คณะกรรมการ	9
13. อัตราค่าใช้จ่ายการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่าง นอกโรงพยาบาล นอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด	10
14. อื่นๆ	10
ภาคผนวก 1 ขั้นตอนการขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข	11
ภาคผนวก 2 เอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียน	12
ภาคผนวก 3 การประกาศรายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านการขึ้นทะเบียน	13
ภาคผนวก 4 ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร กรณีรายใหม่	14
ภาคผนวก 5 ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร กรณีต่ออายุการขึ้นทะเบียน	15
ภาคผนวก 6 การกำหนดเลขทะเบียนใบประกาศนียบัตร	16
ภาคผนวก 7 เครื่องหมายหน่วยบริการผ่านการขึ้นทะเบียน ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ปรึกษา/บรรณาธิการ/คณะผู้จัดทำ	17
	18

นโยบายการดำเนินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ รวมทั้งทำหน้าที่กำหนด พัฒนามาตรฐาน และกำกับดูแลห้องปฏิบัติการให้มีการธำรงรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (Government and People Excellent)

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างมีมาตรฐาน ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากหน่วยงาน องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกแห่ง เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยบริการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองด้วยกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน ดังนั้น สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในฐานะหน่วยงานขึ้นทะเบียนรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ต้องธำรงรักษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานกระบวนการไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยังประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพจากหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงประกาศนโยบายการดำเนินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด และจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด ฉบับนี้ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งที่สนใจขอรับการรับรองดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป



(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

ข้อกำหนด และเงื่อนไข

ดำเนินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด

1. ขอบข่ายการขึ้นทะเบียน

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งดำเนินการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างจากผู้รับบริการแห่งห้องปฏิบัติการ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและกระบวนการเก็บตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สนับสนุนการตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ป่วย ติดตามการรักษาโรค ควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการเกิดโรค ตลอดจนนำไปใช้วางแผนบริหารจัดการด้านนโยบายสุขภาพและการบริการสาธารณสุขของประเทศ

2. เอกสารอ้างอิง

1. มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 04, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. คู่มือการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างสำหรับหน่วยบริการนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.
3. ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.), กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. นิยามและคำจำกัดความ

การขึ้นทะเบียน หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์กำหนด และได้รับประกาศนียบัตร เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล มีระบบบริหารคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิ คลินิกเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเวชกรรมประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยในข้อกำหนด เงื่อนไขจะเรียกย่อๆว่า “หน่วยบริการเจาะเลือด”

หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ หมายถึง สถานบริการระดับสถานีนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นวมินทราชินี ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) ศูนย์เทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกเทคนิคการแพทย์ หรือหน่วยบริการอื่นๆ ที่มีภารกิจดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟู สุขภาพ ป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลให้สิ้นสุดที่บริการผู้ป่วยนอก (OPD) โดยควรจัดแพทย์ให้บริการใน หน่วยบริการในลักษณะหมุนเวียน หรือบริการประจำเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ หรือระบาดวิทยา

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หมายถึง ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและ เอกชน ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ ด้วยกระบวนการทดสอบที่ต้องใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ น้ำยา และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และหมายความรวมถึงหน่วยรับตรวจส่งตรวจจากหน่วยบริการ ปฐมภูมิ

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการตรวจประเมิน “หน่วยบริการเจาะเลือด” เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

หน่วยตรวจประเมิน หมายถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่ได้รับมอบ อำนาจจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีหน้าที่ตรวจประเมินรับรองและกำกับติดตาม “หน่วยบริการ เจาะเลือด” เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้ตรวจประเมิน หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมิน (Assessor) โดยใช้ความรู้ตามหลักวิชาการและระบบ บริหารจัดการคุณภาพเพื่อประเมินผลคุณภาพมาตรฐาน “หน่วยบริการเจาะเลือด” โดยผู้ตรวจประเมินจะได้รับการ แต่งตั้งจากนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน่วยขึ้นทะเบียน หมายถึง สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน จัดทำฐานข้อมูล รายชื่อ “หน่วยบริการเจาะเลือด” ที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน “หน่วยบริการเจาะเลือด” และจัดเก็บ ข้อมูลผลการตรวจประเมินเพื่อจัดทำแนวทางพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งจัดทำใบประกาศนียบัตรและเผยแพร่รายชื่อ “หน่วยบริการเจาะเลือด” ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนบนเว็บไซต์

เกณฑ์การได้รับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล หมายถึง ผลการตรวจประเมินหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล ที่ดำเนินการได้สอดคล้องตามข้อกำหนด มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80

4. คุณสมบัติของหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างที่สามารถขอขึ้นทะเบียน

- เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ คลินิกเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเวชกรรมประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย พรบ.สถานพยาบาล มีสถานที่ปฏิบัติการถาวร สามารถดำเนินการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล ไปยังห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลแม่ข่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการ โดยสามารถยื่นขอการขึ้นทะเบียนได้ตามความสมัครใจ

- ในกรณีที่หน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาลอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผ่านการรับรองตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ ไม่ต้องตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ สถานที่ปฏิบัติงานจริง แต่ต้องส่งเอกสารเฉพาะแบบประเมินตนเองและเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

5. ข้อกำหนดทั่วไป

“หน่วยบริการเจาะเลือด” ที่ประสงค์ขอรับการขึ้นทะเบียน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

5.1 ยินยอมปฏิบัติตามมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล และข้อกำหนดและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

5.2 ยินยอมให้คณะผู้ตรวจประเมิน เข้าไปในหน่วยบริการ เพื่อตรวจประเมิน

5.3 ระหว่างที่“หน่วยบริการเจาะเลือด”ได้รับการขึ้นทะเบียน หน่วยบริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งยินยอมให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการติดตามระบบคุณภาพ และคณะผู้ตรวจประเมินเข้าไปตรวจสอบได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

5.4 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน“หน่วยบริการเจาะเลือด”ต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

5.5 “หน่วยบริการเจาะเลือด”ที่ยื่นขอการขึ้นทะเบียนยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจมีขึ้น เช่น ค่าขอขึ้นทะเบียน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ข้อกำหนดด้านบริหารคุณภาพและวิชาการ

6.1 “หน่วยบริการเจาะเลือด”ต้องดำเนินการตามมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 หัวข้อ รายละเอียดตามแบบประเมินผล (Checklist) 35 ข้อ ดังนี้

- (1) บุคลากรและสถานที่เก็บตัวอย่าง
- (2) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- (3) การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- (4) ระบบบริหารจัดการทั่วไป และระบบบริหารจัดการตัวอย่างส่งตรวจ

7. การขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล

7.1 ขั้นตอนการดำเนินการในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

7.1.1 การยื่นขอขึ้นทะเบียน “หน่วยบริการเจาะเลือด” โดยยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (F0715137) พร้อมแนบผลการประเมินตนเอง ตามแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) ตามมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข (F 07 15 136) โดยส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อขอประเมินเป็นหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล (หากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแม่ข่ายที่กำลังดูแล “หน่วยบริการเจาะเลือด” ยังคงสถานะได้รับการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผ่านการรับรองตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ ไม่ต้องดำเนินการตามข้อ 7.1.2 ถึง 7.1.7)

7.1.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบเอกสารตาม Checklist ของ “หน่วยบริการเจาะเลือด” ขอขึ้นทะเบียน

7.1.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คัดเลือก ทาบตาม และแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน จำนวนอย่างน้อย 1 คนต่อหน่วยบริการ 1 แห่ง โดยแจ้งชื่อคณะผู้ตรวจประเมิน วันและเวลาที่จะตรวจประเมิน ให้หน่วยบริการที่จะรับการตรวจประเมินทราบล่วงหน้า

7.1.4 คณะผู้ตรวจประเมิน ตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการ ตามมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข ตามวันเวลาที่แจ้ง

7.1.5 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน แจ้งผลการตรวจประเมิน สิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด (ข้อบกพร่อง) แจ้งให้หน่วยบริการทราบผลการตรวจประเมิน หากพบว่าหน่วยบริการที่รับการตรวจประเมินมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด หน่วยบริการต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ซึ่งต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 และส่งกลับให้ผู้ตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยใช้แบบตารางสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ ข้อสังเกต หน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล/ข้อบกพร่อง/

เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (F 07 15 159) ทั้งนี้หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ยื่นขอขยายเวลาการแก้ไขได้อีก วัน โดยใช้ 30 แบบขอขยายเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง(F 07 15 162)

7.1.6 เมื่อผลการตรวจประเมินได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนและคณะผู้ตรวจประเมินยอมรับได้ว่าสอดคล้องตามมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข ให้หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมินให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินภายนอกหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (F 07 15 160) พร้อมทั้งทะเบียนผู้เข้าประชุมการตรวจประเมินหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (F 07 15 161)

7.1.7 หัวหน้าผู้ตรวจประเมินรายงานผลการตรวจประเมินพร้อมข้อบกพร่องที่พบในโปรแกรมขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล

7.1.8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนำเสนอสรุปผลการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมิน คณะกรรมการอาจมีมติให้“หน่วยบริการเจาะเลือด” รายงานหรือส่งข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม

7.1.9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สรุปรายชื่อ“หน่วยบริการเจาะเลือด” ที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งสรุปรายงานการตรวจประเมินเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามในใบประกาศนียบัตรรับรอง

7.1.10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามในใบประกาศนียบัตรรับรอง“หน่วยบริการเจาะเลือด”

7.2 ขั้นตอนการดำเนินการในส่วนของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

7.2.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งรายชื่อ“หน่วยบริการเจาะเลือด”ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งรายงานผลการตรวจประเมิน ส่งให้สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการผ่านระบบ Electronic

7.2.2 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการประกาศรายชื่อ“หน่วยบริการเจาะเลือด”ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการขึ้นทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

7.2.3 ใบประกาศนียบัตรมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบประกาศนียบัตร

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ในกรณีที่หน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาลอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผ่านการรับรองตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ ไม่ต้องตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ สถานที่ปฏิบัติงานจริง แต่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้

1. หนังสือยืนยันหรือสัญญาการเป็นหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาลให้กับสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการตรวจวิเคราะห์
2. คู่มือวิธีการเก็บตัวอย่าง การจัดการขยะติดเชื้อ และการขนส่งตัวอย่างจากหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล ไปยังห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของสถานพยาบาล
3. สำเนาใบรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189, มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข หรือ มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ยังคงสถานะการรับรองอยู่

8. ข้อปฏิบัติหลังได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข

8.1 “หน่วยบริการเจาะเลือด” จะต้องรักษาระบบบริหารคุณภาพและวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดเวลาที่ถือครองใบประกาศนียบัตร

8.2 “หน่วยบริการเจาะเลือด” สามารถอ้างหรือแสดงว่าเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้รับการขึ้นทะเบียน “หน่วยบริการเจาะเลือด” ตามระบบคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข แต่ต้องไม่นำประกาศนียบัตรไปใช้ในทางที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการได้ใบประกาศนียบัตรดังกล่าว

8.3 เมื่อถูกระงับชั่วคราวหรือเพิกถอนการใบประกาศนียบัตรดังกล่าว “หน่วยบริการเจาะเลือด” ต้องยุติการกล่าวอ้างหรือแสดงโดยวิธีการใดให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็น “หน่วยบริการเจาะเลือด” ที่ได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

8.4 “หน่วยบริการเจาะเลือด” ต้องเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพและวิชาการ ไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ/หรือตามที่กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบย้อนกลับได้

9. การต่ออายุการขึ้นทะเบียน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบรายชื่อ “หน่วยบริการเจาะเลือด” ที่ต้องต่ออายุผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อแจ้งต่ออายุการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการก่อนวันหมดอายุ 120 วัน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน ดำเนินการตรวจประเมินต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็น “หน่วยบริการเจาะเลือด” ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการและจัดส่งรายชื่อ “หน่วยบริการเจาะเลือด” ที่ต่ออายุการขึ้นทะเบียนมายังสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการก่อนครบกำหนดวันหมดอายุในประกาศนียบัตร

10. การระงับชั่วคราว การเพิกถอน และการยกเลิกใบประกาศนียบัตร

10.1 การระงับการขึ้นทะเบียนชั่วคราว ดำเนินการเมื่อมีเหตุดังนี้

กรณี “หน่วยบริการเจาะเลือด” กระทบการใดที่เป็นการฝ่าฝืนนโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาระงับการขึ้นทะเบียนชั่วคราวจนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งให้หน่วยบริการทราบ โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จะระบุสถานะการรับรองชั่วคราวในทะเบียนรายชื่อ “หน่วยบริการเจาะเลือด” ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจนกว่า “หน่วยบริการเจาะเลือด” จะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จตามเงื่อนไข หาก “หน่วยบริการเจาะเลือด” ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามเงื่อนไขโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะแจ้งรายชื่อมายังอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพิจารณาเพิกถอนต่อไป

10.2 การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน ดำเนินการเมื่อมีเหตุดังนี้

10.2.1 กระทบ หรืองดเว้นการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนนโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

10.2.2 “หน่วยบริการเจาะเลือด” ที่ถูกระงับการขึ้นทะเบียนชั่วคราวในเรื่องเดียวกัน 2 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ปี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

10.2.3 “หน่วยบริการเจาะเลือด” ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเลิกประกอบกิจการ เป็นบุคคลล้มละลายตามคำสั่งศาล ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะลบรายชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนออกจากเว็บไซต์

10.3 การยกเลิกการรับรอง ดำเนินการเมื่อมีเหตุดังนี้

“หน่วยบริการเจาะเลือด”ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหากประสงค์ขอยกเลิกใบประกาศนียบัตร ให้ทำหนังสือต่อสำนักสาธารณสุขจังหวัดเพื่อแจ้งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมส่งคืนใบประกาศนียบัตรแก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการลบรายชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนที่ปรากฏบนเว็บไซต์

11. การอุทธรณ์

11.1 การอุทธรณ์ต่อข้อตัดสินใดๆ ให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่เกิน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่“หน่วยบริการเจาะเลือด”ได้รับการแจ้งข้อตัดสิน

11.2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และพิจารณาการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง โดยมีอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธาน และมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดยมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นเลขานุการ คำวินิจฉัยผลการอุทธรณ์จากคณะกรรมการอุทธรณ์ให้เป็นที่สิ้นสุด

11.3 ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมยังมีผลการบังคับใช้อยู่

12. คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาข้อมูลทางระบบบริหารจัดการคุณภาพและด้านวิชาการ เพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล ตามนโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข

2. เสนอข้อคิดเห็นต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเพิกถอนและยกเลิกการขึ้นทะเบียน รวมทั้งแจ้งสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการลบรายชื่อออกจากฐานข้อมูล

3. แต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

13. อัตราค่าใช้จ่ายการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด

ค่าขอขึ้นทะเบียน	200	บาท	ต่อครั้ง
ค่าไปรับรอง กรณีสูญหาย หรือขอเพิ่มเติม	200	บาท	ต่อครั้ง

หมายเหตุ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 98 ง หน้า 12 วันที่ 28 เมษายน 2563

14. อื่นๆ

14.1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะแจ้งให้“หน่วยบริการเจาะเลือด”ทราบ หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุขหรือข้อกำหนดตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

14.2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆ ของ“หน่วยบริการเจาะเลือด”ที่ได้กระทำไปโดยไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด และเงื่อนไข หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่กรมฯ ได้กำหนดไว้

ภาคผนวก 2

เอกสารประกอบที่ใช้เพื่อการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและ นำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข

1. แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) ตามมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข (F 07 15 136)

2. แบบคำขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (F 07 15 137)

กรณีที่ยังห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลแม่ข่ายได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189, MOPH หรือ LA ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

1. หนังสือยืนยันหรือสัญญาการเป็นหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาลให้กับสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการตรวจวิเคราะห์

2. คู่มือวิธีการเก็บตัวอย่าง การจัดการขยะติดเชื้อ และการขนส่งตัวอย่างจากหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล ไปยังห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของสถานพยาบาล

3. สำเนาใบรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189, มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข หรือ มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ยังคงสถานะการรับรองอยู่

ภาคผนวก 3

การประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองทางอินเทอร์เน็ต

การประกาศรายชื่อหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (<http://www.dmsc.moph.go.th>)

☛ เลือก “รายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านการขึ้นทะเบียน”

หรือไปที่เว็บสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (<http://blqs.dmsc.moph.go.th>)

☛ เลือก “ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ” และเลือกหัวข้อ “การรับรองห้องปฏิบัติการ”

หรือเข้าถึงโดยตรงได้ที่

☛ http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?IID=JMEIG

ภาคผนวก 4

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร กรณีรายใหม่



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ชื่อหน่วยบริการ.....

ที่อยู่.....

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล
ตามระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล
และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

.....
(.....)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด



ให้ไว้ ณ วันที่.....

ให้ใช้ได้ถึง วันที่

ทะเบียน YY-RR-CCC-XXX

ภาคผนวก 5

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร กรณีต่ออายุการขึ้นทะเบียน



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ชื่อหน่วยบริการ.....

ที่อยู่.....

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล
ตามระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล
และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ต่ออายุการขึ้นทะเบียนครั้งที่

.....
(.....)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ให้ไว้ ณ วันที่.....

ให้ใช้ได้ถึง วันที่



ทะเบียน YY-RR-CCC-XXX

ภาคผนวก 6

การกำหนดเลขทะเบียนใบประกาศนียบัตร

เลขทะเบียนใบประกาศนียบัตร ประกอบด้วย ตัวเลขและตัวอักษรทั้งหมด 10 หลัก ดังนี้

ทะเบียน YY-RR-CCC-XXX

YY	หมายถึง เลขหลัก 2 ตัวสุดท้ายของปีพุทธศักราชที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
RR	หมายถึง เขตบริการสุขภาพที่หน่วยบริการตั้งอยู่
CCC	หมายถึง ตัวย่อภาษาอังกฤษของจังหวัดที่หน่วยบริการตั้งอยู่
XXX	หมายถึง ตัวเลข 3 หลัก ลำดับตามหน่วยบริการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนในแต่ละจังหวัด

ตัวอย่าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลคุณภาพ ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปีพุทธศักราช 2563 ตั้งอยู่
เขตบริการสุขภาพ ที่ 4 จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยบริการลำดับที่ 1 ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน เลขทะเบียนใบ
ประกาศนียบัตร คือ

ทะเบียน 63-04-NBI-001

ภาคผนวก 6

เครื่องหมายหน่วยบริการผ่านการขึ้นทะเบียน ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตราสัญลักษณ์นี้สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะหน่วยบริการที่ผ่านการขึ้นทะเบียน ตามมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น

รหัสสีพิมพ์

	C5 M10 Y29
	C5 M11 Y58
	C16 M25 Y44
	C26 M100 Y100 K29
	C34 M37 Y63 K4
	C34 M78 Y100 K40
	C42 M33 Y35 K1
	C53 M3
	C59 M92
	C82 M7 Y100 K1
	C75 M68 Y67 K90

สีขาวภายในวงกลมเป็นสีขาว

C3 M3 Y6

ขนาดตัวหนังสือ : 116 pt และ 58 pt

ชื่อฟอนต์ตัวหนังสือ : PrintAble4U

Width : 30 cm Height : 31 cm



ที่ปรึกษา

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. นายแพทย์โอภาส | การย์กวินพงศ์ | อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ |
| 2. นายแพทย์สมฤกษ์ | จึงสมาน | รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ |

บรรณาธิการ

- | | | |
|----------------|---------------|---------------------------------------|
| นางสาวภัทรวีร์ | สร้อยสังวาลย์ | ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ |
|----------------|---------------|---------------------------------------|

คณะผู้จัดทำ

- | | | |
|------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวเรวดี | สิริธัญญานนท์ | หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ |
| 2. นายสุรศักดิ์ | หมื่นพล | หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ |
| 3. นายวรรณปรัชญ์ | เรืองเดช | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ |